

**APPARECCHIO RADIOLOGICO
ODONTOIATRICO**

LCD

PHOT-XIS

505


**ISTRUZIONI
PER L'OPERATORE**

- *Tipo a montaggio a parete WK*
- *Tipo a montaggio a pavimento FK1/FK2*
- *Tipo mobile FM*
- *Tipo a montaggio in stanza RK*
- *Tipo a montaggio a soffitto CK*



⚠ AVVERTENZA

Questo apparecchio radiologico può essere pericoloso per il paziente e l'operatore a meno che non vengano rispettati i fattori di esposizione sicuri, le istruzioni operative e i programmi di manutenzione.

 Belmont®

INDICE

[1] INTRODUZIONE.....	1
[2] COMPONENTI PRINCIPALI.....	3
[3] DISPOSIZIONE DEI CONTROLLI.....	5
[4] FUNZIONE DEI COMANDI.....	6
[5] PROCEDURE OPERATIVE.....	10
[6] MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE.....	11
[7] INTERRUTTORE DI ESPOSIZIONE MANUALE OPZIONALE.....	12
[8] SISTEMA DI IMAGING DIGITALE.....	13
[9] CONTROLLO DELLE INFEZIONI E PULIZIA.....	13
[10] CODICI DI ERRORE E.....	14
[11] MANUTENZIONE.....	15
[12] DATI TECNICI.....	17
[13] DIMENSIONI FISICHE.....	19
[14] COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC).....	21
[15] ALTRE INFORMAZIONI.....	23
[16] SMALTIMENTO.....	23
[17] POSIZIONE DELLE ETICHETTE.....	24

[1] INTRODUZIONE

1. GENERALE

Questo manuale fornisce informazioni sulle procedure di funzionamento e manutenzione e sulle specifiche tecniche per l'apparecchio radiologico odontoiatrico PHOT-X IIs 505. Le istruzioni contenute in questo manuale devono essere attentamente lette e comprese prima del funzionamento.

PHOT-X IIs 505 non dispone di elementi riparabili dall'utente. La riparazione deve essere eseguita da personale di assistenza qualificato del rivenditore. Nessuna parte di questo apparecchio radiologico deve essere sottoposta a manutenzione o assistenza durante l'uso con un paziente.

2. USO PREVISTO

- a. PHOT-X IIs 505 è un apparecchio radiologico odontoiatrico con sorgente extraorale. Questa unità è un dispositivo attivo destinato a generare e controllare le radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico. Lo schema di assorbimento dei raggi X registrato sul recettore di immagini intraorale è utilizzato per esami di radiografia generica, di routine e odontoiatrica di patologie dei denti, della mascella e delle strutture della cavità orale.
- b. Popolazione di pazienti: tutti i pazienti con patologie orali sono idonei, senza distinzione di età, sesso, ecc. Tuttavia, neonati/bambini che non sono in grado di rimanere fermi durante l'imaging o che non sono in grado di sostenere la pellicola, il sensore o altri dispositivi di imaging in bocca sono esclusi dall'ambito.
- c. Utenti previsti: professionisti sanitari qualificati addestrati all'uso del dispositivo, familiari con l'uso e l'applicazione dei sistemi di imaging a raggi X e con i requisiti locali di protezione dai raggi X.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI DEL SISTEMA A RAGGI X "PHOT-X IIs 505"

- a. Gruppo alloggiamento tubo : 505-H
- b. Comandi dei raggi X : 505-CM (dispositivo di controllo principale), 505-CSL (dispositivo di controllo secondario LCD)
- c. Coni : 505-R (normale), 505-L (lungo)
- d. Collimatore : 505-REC (rettangolare)
- e. Braccio di bilanciamento : 505-A

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo che l'apparecchio radiologico PHOT-X IIs 505 è conforme ai seguenti regolamenti e direttive.

MDR (regolamento sui dispositivi medici): Regolamento (UE) 2017/745 Allegati II e III

Direttiva RoHS: 2011/65/UE categoria 8 dell'Allegato I

5. CLASSIFICAZIONE

5-1. In base al Regolamento sui dispositivi medici, PHOT-X IIs 505 è classificato come dispositivo medico CLASSE IIb in base alla norma 10 di MDR ALLEGATO VIII.

5-2. In base a IEC60601-1, PHOT-X IIs 505 è classificato come segue.

- a. Protezione dalle scosse elettriche : Apparecchiatura di classe I
- b. Tipo di parti applicate : Tipo B (solo tipo RK)
- c. Protezione contro l'ingresso di acqua : Normale
- d. Modalità di funzionamento : Non continuo (Ciclo di lavoro = 1 : 30,
Tempo max. di attivazione: 2,0 sec, Tempo min. di spegnimento: 12 sec.)
- e. L'apparecchiatura non è adatta all'uso in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria o con ossigeno o protossido di azoto.

6. AVVISO PER L'UTENTE

- a. Questa unità a raggi X può essere pericolosa per il paziente e l'operatore a meno che non vengano rispettati i fattori di esposizione sicura, le istruzioni operative e i programmi di manutenzione.
- b. Solo personale qualificato e autorizzato può far funzionare questo apparecchio rispettando tutte le leggi e i regolamenti relativi alla protezione. L'operatore deve:
 - disporre di mezzi per la comunicazione uditiva e visiva con il paziente.
 - avere una visualizzazione completa di kV, mA, selezioni del timer e spia di avvertenza esposizione.
 - essere distante almeno 2 m dalla testa a raggi X e dal paziente e al di fuori del percorso dei raggi X oppure essere posizionato dietro un dispositivo di protezione.
 - utilizzare a pieno tutti i dispositivi, gli accessori e le procedure disponibili di protezione dalle radiazioni per proteggere il paziente e l'operatore stesso dalle radiazioni a raggi X.
- c. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utente risiede.
- d. Questa unità a raggi X deve essere correttamente gestita e utilizzata per soddisfare i requisiti della direttiva UE 2013/59/EURATOM. Per esempio, la dose annuale di radiazioni deve essere mantenuta al di sotto del limite specificato dalla Direttiva. Se le leggi o i regolamenti locali sono più severi della Direttiva, l'utente deve rispettare tali leggi o regolamenti.

7. SIMBOLI

In questo manuale, sulle etichette o sul pannello di controllo di PHOT-X IIs 505 LCD, vengono utilizzati i seguenti simboli. Confermare il significato di ciascun simbolo in base alla seguente tabella.

	Produttore		Data di fabbricazione		ATTIVAZIONE (ALIMENTAZIONE)		DISATTIVAZIONE (ALIMENTAZIONE)																					
	Messa a terra protettiva		Interruttore di esposizione		Emissione raggi X		Pronto																					
	Incisivo mascellare		Canino e premolare mascellare		Molare mascellare		Occlusale mascellare																					
	Incisivo mandibolare		Canino e premolare mandibolare		Molare mandibolare		Occlusale mandibolare																					
	Bite Wing (Incisivo e premolare)		Bite Wing (Molare)		Cono corto		Cono lungo																					
	Paziente bambino		Paziente adulto		Paziente adulto grande		Luminosità della retroilluminazione																					
	Ritorno		Volume dell'altoparlante		Muto		Comando livello																					
	Modalità di impostazione		Conservare in memoria		Girare verso il basso		Girare verso l'alto																					
	Pellicola		Sensore digitale		Lastra al fosforo		Eliminare																					
	Diminuire		Aumentare		Attendere		Protezione dalle scosse elettriche: Tipo B																					
	Conformità alla direttiva europea richiesta		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		Numero di serie		Numero di catalogo																					
	Raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche		Seguire le istruzioni per l'uso		Dispositivo medico		Tipo di dispositivo																					
	Identificazione di ciascun componente		Potenza nominale in ingresso al dispositivo		Potenza nominale in uscita dal dispositivo		Tempo max. di attivazione: 2 secondi, Tempo min. di spegnimento: 12 secondi																					
	Prodotto in Giappone (utilizzato con il simbolo della data)		Simbolo del marchio del gruppo Takara Belmont		Peso dell'intera unità		Istruzioni per l'uso elettroniche																					
	Tube radiogeno		Distanza tra il punto focale e la pelle	<p>FOCAL SPOT VALUE : 0.4</p> <p>INHERENT FILTRATION : 1.7 mmAl Equiv</p> <p>ADDED FILTRATION : 0.3 mmAl</p> <p>TOTAL FILTRATION : 2.0 mmAl Equiv.</p> <p>RADIATION LEAKAGE RATE : 109 µGy/H at 1m</p>		VALORE PUNTO FOCALE FILTRAGGIO INERENTE FILTRAGGIO AGGIUNTO FILTRAGGIO TOTALE TASSO DI PERDITA DI RADIAZIONI																						
	Dimensione del campo radiografico all'estremità del cono		<p>PHOT-X IIs Power supply requirements</p> <table border="1"> <tr> <td>Rated Voltage [Vac]</td> <td>100</td> <td>110</td> <td>120</td> <td>220</td> <td>230</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>Max Apparent Resistance [Ω]</td> <td>0.39</td> <td>0.45</td> <td>0.52</td> <td>0.91</td> <td>0.98</td> <td>1.06</td> </tr> <tr> <td>Over Current Release [A]</td> <td colspan="2">≥15</td> <td colspan="4">≥10</td> </tr> </table>		Rated Voltage [Vac]	100	110	120	220	230	240	Max Apparent Resistance [Ω]	0.39	0.45	0.52	0.91	0.98	1.06	Over Current Release [A]	≥15		≥10				<p>CAUTION DO NOT MOVE ENTIRE X-RAY UNIT WITH ARM EXTENDED</p> <p>ATTENTION NE PAS DEPLACER L'APPAREIL COMPLET AVEC SON BRAS ETENDU</p>		ATTENZIONE NON SPOSTARE L'INTERA UNITÀ A RAGGI X CON IL BRACCIO ESTESO.
Rated Voltage [Vac]	100	110	120	220	230	240																						
Max Apparent Resistance [Ω]	0.39	0.45	0.52	0.91	0.98	1.06																						
Over Current Release [A]	≥15		≥10																									
	ATTENZIONE! NON RILASCIARE QUESTA FASCIA FINCHÉ LA TESTA A RAGGI X NON È STATA INSTALLATA.		<p>WARNING</p> <p>Keep casters in the lock position, unless moving the equipment. To avoid injury, do not push or lean on the equipment.</p>		AVVERTENZA Tenere le rotelle orientabili nella posizione di blocco, a meno che non si debba spostare l'apparecchio. Per evitare lesioni, non spingere o appoggiarsi sull'apparecchiatura.																							

[2] COMPONENTI PRINCIPALI

1. TIPO MOBILE (FM)

- ① Interruttore di alimentazione principale
- ② Testa raggi X
- ③ Cono
- ④ Forcella
- ⑤ Collare del braccio
- ⑥ Braccio di bilanciamento
- ⑦ Boccola asta
- ⑧ Asta
- ⑨ Base asta
- ⑩ Barra gamba (lunga)
- ⑪ Barra gamba (corta)
- ⑫ Rotella con blocco
- ⑬ Rotella standard
- ⑭ Dispositivo di controllo principale
- ⑮ Dispositivo di controllo secondario
- ⑯ Interruttore di esposizione manuale

⚠ AVVERTENZA

Tenere le rotelle orientabili nella posizione di blocco, a meno che non si debba spostare l'apparecchio. Per evitare lesioni, non spingere o appoggiarsi sull'apparecchiatura.

⚠ ATTENZIONE

Non spostare l'intera unità a raggi X con il braccio esteso.




Fig.2-1 Componenti principali per FM

2. TIPO A MONTAGGIO IN STANZA (RK)





Fig.2-2 Componenti principali per RK

- ① Interruttore di alimentazione principale
- ② Testa raggi X
- ③ Cono
- ④ Forcella
- ⑤ Collare del braccio
- ⑥ Braccio oscillante 1
- ⑦ Braccio oscillante 2
- ⑧ Asta scorrevole
- ⑨ Coperchio della colonna
- ⑩ Colonna
- ⑪ Cuscino dello schienale (parte applicata)
- ⑫ Sedile (parte applicata)
- ⑬ Cilindro del gas
- ⑭ Piastra di base
- ⑮ Dispositivo di controllo principale
- ⑯ Dispositivo di controllo secondario
- ⑰ Interruttore di esposizione manuale (opzione)


3. TIPO A MONTAGGIO A PAVIMENTO (FK)



- ① Interruttore di alimentazione principale
- ② Testa raggi X
- ③ Cono
- ④ Forcella
- ⑤ Collare del braccio
- ⑥ Braccio di bilanciamento
- ⑦ Braccio orizzontale (300 mm)
- ⑧ Boccola asta
- ⑨ Supporto posteriore
- ⑩ Asta
- ⑪ Coperchio di base
- ⑫ Piastra di montaggio
- ⑬ Dispositivo di controllo principale
- ⑭ Dispositivo di controllo secondario
- ⑮ Interruttore di esposizione manuale

Fig.2-3 Componenti principali per FK1/FK2

4. TIPO A MONTAGGIO A SOFFITTO (CK)



- ① Interruttore di alimentazione principale
- ② Testa raggi X
- ③ Cono
- ④ Forcella
- ⑤ Collare del braccio
- ⑥ Braccio di bilanciamento
- ⑦ Braccio oscillante
- ⑧ Asta oscillante
- ⑨ Anello coperchio
- ⑩ Braccio luce (Opzione)
- ⑪ Asta per soffitto
- ⑫ Staffa del dispositivo di controllo principale
- ⑬ Dispositivo di controllo principale
- ⑭ Coperchio per soffitto
- ⑮ Piastra di montaggio a soffitto
- ⑯ Dispositivo di controllo secondario
- ⑰ Interruttore di esposizione manuale (opzione)
- ⑱ Anello di supporto

Fig.2-4 Componenti principali per CK

5. TIPO A MONTAGGIO A PARETE (WK)






Fig.2-5 Componenti principali per WK

[3] DISPOSIZIONE DEI CONTROLLI



- | | |
|--|--|
| ① Interruttore di alimentazione principale | ⑫ è intenzionalmente omesso |
| ② Indicazione di pronto | ⑬ Interruttore di selezione kV |
| ③ Interruttore di regolazione tempo di esposizione (giù) | ⑭ Interruttore di selezione mA |
| ④ Interruttore di regolazione tempo di esposizione (su) | ⑮ Interruttore di selezione dimensioni paziente |
| ⑤ Interruttore di selezione dente (mascella) | ⑯ Finestra di visualizzazione del tempo di esposizione |
| ⑥ Interruttore di selezione dente (mandibola) | ⑰ Indicazione di avvertenza esposizione (alla pagina successiva) |
| ⑦ Interruttore di selezione dente (Bite Wing) | ⑱ Interruttore di esposizione |
| ⑧ Interruttore di selezione dente (molari Bite Wing) | ⑲ Indicazione della dose di radiazioni |
| ⑨ Interruttore di selezione dente (occlusale) | ⑳ Interruttore modalità di impostazione |
| ⑩ Interruttore di selezione tipo cono | |
| ⑪ Interruttore di selezione del recettore immagini | |



[4] FUNZIONE DEI COMANDI

① Interruttore di alimentazione principale

Spingendo il lato superiore di questo interruttore in posizione ON si energizza l'unità a raggi X.

② Indicazione di pronto

Questa indicazione diventa verde quando il tempo di esposizione è impostato e la tensione della linea rientra nell'intervallo operativo (207 - 253 Vca). Quando questa indicazione è bianca, non è possibile effettuare l'esposizione.

③ ④ Interruttori di regolazione tempo di esposizione

Toccando brevemente l'interruttore (▲) (o ▼), il tempo di esposizione visualizzato aumenta (o diminuisce) di un incremento. Mantenendo l'interruttore toccato per più di 2 secondi, il tempo di esposizione visualizzato aumenta (o diminuisce) in modo continuo fino al rilascio dell'interruttore. PHOT-X IIs 505 dispone delle seguenti 37 impostazioni del tempo di esposizione:

Il modello 505 dispone delle seguenti 37 impostazioni del tempo di esposizione:

0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,11, 0,13, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20, 0,22, 0,25, 0,28, 0,32, 0,36, 0,40, 0,45, 0,50, 0,56, 0,63, 0,71, 0,80, 0,90, 1,00, 1,12, 1,25, 1,40, 1,60, 1,80, 2,00 (sec.)

⑤ - ⑨ Interruttori di selezione denti

Toccando uno di questi interruttori si imposta il tempo di esposizione sul valore ottimale in base al tipo di dente e alle seguenti impostazioni (⑩ - ⑮). Il dente selezionato si illumina in arancione.

⑤ Mascella : incisivo, canino e premolare o molare

⑥ Mandibola: incisivo, canino e premolare o molare

⑦ Bite Wing : incisivo e canino e premolare

⑧ Bite Wing : molare

⑨ Occlusale : mascella e mandibola

Se l'interruttore dell'incisivo della mandibola viene toccato per più di 3 sec., l'unità entra in modalità salvaschermo e l'interruttore touch è disattivato. Per tornare alla modalità normale, toccare qualsiasi parte dello schermo LCD per più di 3 sec.

⑩ Interruttore di selezione tipo cono


Questo interruttore indica il tipo di cono che viene selezionato in quel momento. Toccando brevemente questo interruttore si apre la finestra di selezione del tipo di cono. Questa finestra si chiude quando viene selezionato uno dei coni.



Finestra di selezione tipo cono

⑪ Interruttore di selezione del recettore immagini

Per ottenere immagini ottimali, è importante la regolazione del timer dell'esposizione in base alla sensibilità del recettore immagini. Il PHOT-X IIs 505 ha 16 impostazioni di densità per ciascuno dei tre tipi di recettore immagini, cioè pellicola, sensore digitale e lastra al fosforo. Per la pellicola, due diverse sensibilità possono essere selezionate come pellicola-a e pellicola-b e queste possono essere commutate facilmente.



Finestra di selezione del recettore immagini

(1) Pellicola

Le seguenti due impostazioni di velocità (=sensibilità) sono preimpostate in fabbrica.


a = Velocità pellicola N. F.09 (equivalente al gruppo di velocità ISO "D", o alla pellicola Kodak Ultra-Speed)

b = Velocità pellicola N. F.05 (equivalente al gruppo di velocità ISO "F/E", o alla pellicola Kodak InSight)

Comprese queste due velocità, l'apparecchio radiologico PHOT-X II 505 può fornire 16 diverse velocità della pellicola (F.00 - F.15) e due qualsiasi di queste possono essere programmate come pellicola-a e pellicola-b.

Il numero della velocità della pellicola selezionato in quel momento può essere confermato toccando l'interruttore ⑪. Se il medico utilizza una diversa velocità della pellicola, o preferisce radiografie più scure (o più chiare), la nuova velocità può essere programmata come segue. Un numero della velocità più grande rende le pellicole più scure. Se il numero della velocità della pellicola viene aumentato di 1, il tempo di esposizione diventa più lungo del 25%. Il metodo per cambiare l'impostazione della velocità della pellicola è il seguente.

1. Andare alla modalità di impostazione toccando l'interruttore ⑳.
2. Selezionare "Impostazione sensibilità recettore immagini" a pagina 2/3 in "Modalità di impostazione".
3. Se viene utilizzata una nuova pellicola, selezionare "Impostazione preimpostata", selezionare "pellicola-a" o "pellicola-b" e selezionare il produttore e il nome modello della pellicola.
4. Se sono richieste radiografie più scure (o più chiare), o se il nome della pellicola non è elencato in "Impostazione preimpostata", selezionare "Impostazione manuale" e, toccando l'interruttore ㉑ o ㉒, aumentare o diminuire la velocità della pellicola finché non viene visualizzato il numero desiderato. Toccare l'icona della memoria per memorizzare l'impostazione.




Impostazione sensibilità recettore immagini

(2) Sensore digitale e lastra al fosforo

Se si utilizza un sistema di imaging digitale, è spesso necessario un tempo di esposizione più breve rispetto alla pellicola. L'LCD di PHOT-X IIs ha 16 velocità per il sensore digitale e la lastra al fosforo (d.00 - d.15).

Le impostazioni di fabbrica per il sensore digitale e la lastra al fosforo sono entrambe d.10, ma è necessario modificarle in base alla sensibilità di ciascun modello di sensore digitale o di lastra al fosforo. Il numero della densità selezionato può essere controllato toccando l'interruttore ⑪. Il metodo per cambiare l'impostazione della densità per i sensori digitali o la lastra al fosforo è uguale a quello per la pellicola.



Modalità impostazione preimpostata



Modalità impostazione manuale

TABELLA 1. Impostazione velocità e tempo di esposizione (Cono corto)

[unità: sec.]

Impostazione velocità	kV	mA	Bambino					Adulto					Adulto grande				
			T1	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5
F.09	60	3	0,20	0,25	0,28	0,32	0,50	0,32	0,40	0,50	0,56	0,80	0,40	0,50	0,63	0,71	1,00
		6	0,10	0,11	0,14	0,16	0,25	0,16	0,20	0,25	0,28	0,40	0,20	0,25	0,28	0,36	0,50
	70	3	0,14	0,16	0,20	0,22	0,36	0,25	0,28	0,36	0,40	0,56	0,28	0,36	0,45	0,50	0,71
		6	0,07	0,08	0,10	0,11	0,18	0,11	0,14	0,18	0,20	0,28	0,14	0,18	0,22	0,25	0,36
F.05	60	3	0,08	0,10	0,11	0,14	0,20	0,14	0,16	0,20	0,22	0,32	0,18	0,20	0,25	0,28	0,40
		6	0,04	0,05	0,06	0,07	0,10	0,07	0,08	0,10	0,11	0,16	0,09	0,10	0,13	0,14	0,20
	70	3	0,06	0,07	0,08	0,10	0,14	0,10	0,11	0,14	0,16	0,25	0,13	0,14	0,18	0,20	0,28
		6	0,03	0,04	0,04	0,05	0,07	0,05	0,06	0,07	0,08	0,11	0,06	0,07	0,09	0,10	0,14
F.10	60	3	0,13	0,14	0,18	0,20	0,28	0,20	0,25	0,28	0,36	0,50	0,25	0,32	0,36	0,40	0,63
		6	0,06	0,07	0,09	0,10	0,14	0,10	0,13	0,14	0,16	0,25	0,13	0,16	0,18	0,22	0,32
	70	3	0,09	0,11	0,13	0,14	0,22	0,14	0,18	0,22	0,25	0,36	0,18	0,22	0,25	0,32	0,45
		6	0,04	0,05	0,06	0,07	0,11	0,07	0,09	0,11	0,13	0,18	0,09	0,11	0,13	0,16	0,22

TABELLA 2. Impostazione velocità e tempo di esposizione (Cono lungo)

[unità: sec.]

Impostazione velocità	kV	mA	Bambino					Adulto					Adulto grande				
			T1	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5
F.09	60	3	0,40	0,50	0,63	0,71	1,00	0,71	0,80	1,00	1,12	1,60	0,90	1,00	1,25	1,40	2,00
		6	0,20	0,25	0,28	0,36	0,50	0,36	0,40	0,50	0,56	0,80	0,45	0,50	0,63	0,71	1,00
	70	3	0,28	0,36	0,45	0,50	0,71	0,50	0,56	0,71	0,80	1,25	0,63	0,71	0,90	1,00	1,40
		6	0,14	0,18	0,22	0,25	0,36	0,25	0,28	0,36	0,40	0,56	0,32	0,36	0,45	0,50	0,71
F.05	60	3	0,18	0,20	0,25	0,28	0,40	0,28	0,36	0,40	0,45	0,71	0,36	0,45	0,50	0,56	0,90
		6	0,09	0,10	0,13	0,14	0,20	0,14	0,18	0,20	0,25	0,36	0,18	0,22	0,25	0,28	0,45
	70	3	0,13	0,14	0,18	0,20	0,28	0,20	0,25	0,28	0,32	0,50	0,25	0,32	0,36	0,40	0,63
		6	0,06	0,07	0,09	0,10	0,14	0,10	0,13	0,14	0,16	0,25	0,13	0,16	0,18	0,22	0,32
F.10	60	3	0,25	0,32	0,36	0,45	0,63	0,45	0,50	0,63	0,71	1,00	0,56	0,63	0,80	0,90	1,25
		6	0,13	0,16	0,18	0,22	0,32	0,22	0,25	0,32	0,36	0,50	0,28	0,32	0,40	0,45	0,63
	70	3	0,18	0,22	0,28	0,32	0,45	0,32	0,36	0,45	0,50	0,71	0,40	0,45	0,56	0,63	0,90
		6	0,09	0,11	0,13	0,16	0,22	0,16	0,18	0,22	0,25	0,36	0,20	0,22	0,28	0,32	0,45

13 Interruttore di selezione kV

Toccando brevemente questo interruttore si apre la finestra di selezione kV. Questa finestra si chiude quando è stato selezionato 60 o 70 kV.



Finestra di selezione kV

14 Interruttore di selezione mA

Toccando brevemente questo interruttore si apre la finestra di selezione mA. Questa finestra si chiude quando è stato selezionato 3 o 6 mA.



Finestra di selezione mA

15 Interruttore di selezione paziente

Questi interruttori modificano la selezione del tipo/dimensione del paziente da sottoporre a radiografia (bambino, adulto o adulto grande) e imposta automaticamente il tempo di esposizione. Se il peso del bambino è inferiore a 20 kg, toccare una volta l'interruttore (V) dopo l'impostazione su bambino. Se il peso del bambino è superiore a 50 kg ed è inferiore a 70 kg, toccare due volte l'interruttore (A) dopo l'impostazione su bambino. Se il peso del bambino è superiore a 70 kg, impostare su adulto.

NOTA: l'impostazione o la regolazione manuale del tempo di esposizione (con l'interruttore (A) o (V)) sostituisce le funzioni 5 - 15.

16 Finestra di visualizzazione del tempo di esposizione

Questa finestra visualizza il tempo di esposizione selezionato.

⑰ **Indicazione di avvertenza esposizione**

Questa indicazione viene visualizzata quando l'unità sta emettendo raggi X.

⑱ **Interruttore di esposizione**

Questo interruttore avvia l'esposizione radiografica. Quando si effettua un'esposizione, tenere premuto questo interruttore fino a quando l'indicazione di avvertenza esposizione ⑰ e l'avvertenza acustica non si spengono. Se non si tiene premuto questo interruttore, si verificherà la cessazione prematura dell'esposizione e sarà visualizzato il codice di errore E.00.

⑲ **Indicazione della dose di radiazioni**

Il valore di kerma in aria stimato (dose di radiazioni) all'estremità distale del cono può essere visualizzata al di sotto della finestra di visualizzazione del tempo di esposizione. Questo valore viene calcolato da kV, mA, tempo di esposizione e tipo di cono selezionati in quel momento. Il valore visualizzato sotto l'indicazione di pronto è la somma del valore stimato di kerma in aria di ciascuna esposizione dopo che l'interruttore di alimentazione è stato attivato.

Le unità di questi valori possono essere selezionate tra mGy o mGycm². Inoltre, visualizzare o meno questi valori può essere selezionato con le procedure seguenti.

1. Andare alla modalità di impostazione toccando l'interruttore ⑳.
2. Selezionare "Impostazione visualizzazione kerma in aria stimato" alla pagina 2/3 della modalità di impostazione.
3. Selezionare "Visualizzazione ATTIVA" o "Visualizzazione NON ATTIVA".
4. Se è selezionato "Visualizzazione ATTIVA", è possibile selezionare "mGy" o "mGycm²" nel menu successivo.

⑳ **Interruttore modalità di impostazione**

Toccando questo interruttore, la modalità di funzionamento normale passa alla modalità di impostazione o alla modalità assistenza. Nella modalità di impostazione, le impostazioni seguenti possono essere modificate. Fare riferimento alla sezione [5] per i dettagli. La modalità assistenza è limitata al personale di assistenza qualificato del rivenditore e richiede una password.

Pagina 1/3: Selezione dei parametri con alimentazione attiva

- Controllo del volume
- Luminosità dello schermo LCD
- Sensibilità del pannello tattile
- Selezione lingua

Pagina 2/3: Impostazione visualizzazione kerma in aria stimato

- Impostazione sensibilità recettore immagini
- Densità standard per ogni dente
- Calibrazione della corrente del tubo
- Colore dello sfondo

Pagina 3/3: Impostazione salvaschermo

- Impostazione targhetta con nome
- Impostazione visualizzazione foto

[5] PROCEDURE OPERATIVE

1. Attivare l'interruttore di alimentazione principale ①.

NOTA: non attivare l'interruttore di alimentazione principale mentre si tocca lo schermo LCD, poiché il sensore di contatto inizializza la sensibilità al momento dell'accensione.

2. Selezionare il tipo corretto di dente (⑤ - ⑨) e confermare che le condizioni preselezionate (tipo di cono, pellicola o digitale, kV, mA e dimensioni del paziente) siano adatte per l'esposizione.

NOTA: per impostare manualmente il tempo di esposizione, premere uno degli interruttori di regolazione manuale del tempo di esposizione (⤴ o ⤵) finché non viene visualizzato il tempo di esposizione desiderato nella finestra di visualizzazione del tempo di esposizione ⑯. Quando l'unità è in modalità manuale, altri interruttori di selezione (⑤ - ⑯) non hanno effetto sul tempo di esposizione. (Tutti gli interruttori di selezione dente sono bianchi.) Per tornare alla modalità di selezione automatica del tempo di esposizione, premere uno qualsiasi degli interruttori di selezione dente (⑤ - ⑨).

3. Confermare che l'indicazione di pronto ② sia illuminata in verde.

NOTA: l'indicazione di pronto non si illumina a meno che la tensione della linea d'ingresso non sia corretta e non si trovi all'interno della gamma operativa dei raggi X (207 - 253 Vca).

4. Impostare il recettore immagini nella bocca del paziente e posizionare la testa del tubo a raggi X utilizzando le procedure di posizionamento standard.

5. Premere l'interruttore di esposizione ⑱. Quando l'interruttore di esposizione viene premuto, l'indicazione di avvertenza esposizione ⑰ viene visualizzata e viene emessa un'avvertenza acustica. Non rilasciare l'interruttore di esposizione fino a quando l'indicazione di avvertenza esposizione e l'avvertenza acustica non si spengono automaticamente. Il mancato mantenimento della pressione dell'interruttore porterà alla fine prematura dell'esposizione.

6. Per continuare a radiografare altri denti, è sufficiente selezionare gli interruttori di selezione dei denti appropriati (⑤ - ⑨).

IMPORTANTE: per proteggere la testa del tubo a raggi X dall'accumulo di calore, attendere per un intervallo di tempo uguale a 30 volte il tempo di esposizione selezionato prima di effettuare esposizioni aggiuntive. (Esempio: un'attesa di 15 sec. è necessaria tra esposizioni di 0,5 sec. di durata.)

7. Spegnerne l'interruttore di alimentazione principale ① per evitare esposizioni accidentali quando l'unità non è in uso.

NOTA: se l'unità viene lasciata non operativa e l'interruttore di alimentazione principale ① viene tenuto acceso, il display passa a una delle seguenti quattro modalità di salvaschermo.

- a. Modalità risparmio energetico
- b. Visualizzazione fissa di una foto
- c. Presentazione di foto
- d. Visualizzazione targhetta con nome

Il tempo di transizione alla modalità salvaschermo può essere impostato in passi di 5 minuti ed è inoltre possibile selezionare per abilitare o disabilitare l'interruttore durante la modalità salvaschermo.

[6] MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE

Toccando l'interruttore modalità di impostazione nell'angolo in basso a sinistra, la modalità di funzionamento normale può essere passata alla modalità di impostazione o alla modalità assistenza. Ci sono 13 modalità di impostazione e gli scopi di ciascuna di queste impostazioni sono i seguenti.

1. Selezione dei parametri con alimentazione attiva

Le impostazioni predefinite di fabbrica sono

Selezione kV	: 60 kV
Selezione mA	: 6 mA
Recettore immagini	: Sensore digitale
Tipo di paziente	: Adulto
Tipo di cono	: Cono corto (rotondo)

Se necessario, queste impostazioni possono essere modificate. Per esempio, in caso di odontoiatria pediatrica, il tipo di paziente deve essere cambiato a Bambino. Per il recettore immagini, poiché la sensibilità di ciascun recettore è diversa, impostare la sensibilità come mostrato a pagina 7.

Se le stesse impostazioni presenti prima della disattivazione dell'alimentazione devono essere impostate all'accensione, selezionare "Stessa selezione prima della disattivazione dell'alimentazione".

2. Controllo del volume

Il volume del suono dello schermo touch e quello dei suoni di avvertenza possono essere regolati separatamente. Uno dei 9 livelli, incluso lo spegnimento, può essere selezionato per il suono dello schermo touch e uno dei 3 livelli per i suoni di avvertenza. I suoni di avvertenza servono per l'avvertenza di esposizione e l'avvertenza di errore.

3. Luminosità dello schermo LCD

La luminosità per la retroilluminazione del display LCD può essere selezionata tra 10 livelli.

4. Sensibilità del pannello tattile

La sensibilità dell'interruttore touch sul pannello può essere selezionata tra 3 livelli.

5. Selezione lingua

La lingua può essere selezionata tra inglese, francese, spagnolo o tedesco.

NOTA: per i prodotti spediti in Francia, l'italiano è installato al posto del tedesco.

6. Impostazione visualizzazione kerma in aria stimato

Può essere selezionato se visualizzare o meno il kerma in aria stimato (emissione radiazioni). Se viene selezionata la visualizzazione, l'unità dei valori può essere selezionata tra mGy o mGycm².

7. Impostazione sensibilità recettore immagini

Può essere selezionata l'impostazione manuale o l'impostazione preimpostata.

Impostazione manuale: due velocità della pellicola possono essere selezionate tra 16 velocità come pellicola-a e pellicola-b. È possibile selezionare una sensibilità del sensore digitale tra 16 passi e una sensibilità per la lastra al fosforo tra 16 passi. Fare riferimento a pagina 7 per i dettagli.

Impostazione preimpostata: per ciascuno dei 4 tipi di recettori immagini, è possibile impostare la sensibilità standard selezionando il produttore e il nome modello del recettore immagini.

8. Densità standard per ogni dente

Il rapporto del tempo di esposizione tra ciascun dente è preprogrammato. Questo rapporto può essere modificato con questa impostazione. Il tempo di esposizione per ciascun dente può essere aumentato (o diminuito) di 4 passi individualmente. L'incremento di un passo corrisponde all'incremento del 25% del tempo di esposizione.

9. Calibrazione della corrente del tubo

La corrente del tubo può essere regolata in modo da essere il valore nominale effettuando varie esposizioni in questa modalità.

Questa calibrazione è necessaria al momento dell'installazione e dei controlli di manutenzione annuali.

10. Colore dello sfondo

Il colore predefinito del pannello posteriore nella modalità di funzionamento normale è blu. Questo colore può essere cambiato a verde o rosa. E ci sono anche due modelli per il rosa.

11. Impostazione salvaschermo

Se l'unità viene lasciata inutilizzata e l'interruttore di alimentazione principale viene tenuto acceso, il display entrerà in modalità salvaschermo. È possibile selezionare uno dei seguenti quattro tipi di modalità salvaschermo.

- a. Modalità risparmio energetico: la retroilluminazione dello schermo LCD diventa minima in questa modalità.
- b. Visualizzazione fissa di una foto: viene visualizzata una delle dieci foto pre-memorizzate. È possibile sovrascrivere le proprie foto originali sulle foto pre-memorizzate.
- c. Presentazione di foto: dieci foto vengono visualizzate in modo continuo una dopo l'altra.
- d. Visualizzazione targhetta con nome: viene visualizzato un nome con un massimo di 20 caratteri con una foto.

Il tempo di transizione dalla modalità normale alla modalità salvaschermo può essere impostato su 5 - 30 minuti in passi di 5 minuti. È inoltre possibile selezionare l'attivazione o la disattivazione della funzione dell'interruttore touch durante la modalità salvaschermo.

12. Impostazione targhetta con nome

Creazione targhetta con nome: è possibile creare e memorizzare quattro tipi di targhette con nome. Per controllare la targhetta con nome già creata, toccare l'icona della montagna sul lato destro. Per modificare o creare un nuovo nome, toccare il nome o "Inserimento nuovo nome" sul lato sinistro. È possibile utilizzare un massimo di 20 caratteri per il nome della targhetta. Dopo che il nome è stato fissato, è possibile utilizzare una foto preinstallata o la propria foto originale per tale targhetta con nome. Se si desidera utilizzare la propria foto, l'unità flash USB contenente i dati della foto deve essere collegata al connettore sul lato destro del dispositivo di controllo LCD. Il nome file della foto deve essere lo stesso di quello indicato sullo schermo e il formato dati deve essere di 16 bit o 24 bit BMP con 800 x 400 pixel.

Selezione targhetta con nome: una delle targhette con nome create deve essere selezionata per la modalità salvaschermo.

13. Impostazione visualizzazione foto

Dieci foto sono pre-memorizzate. Una delle dieci foto viene utilizzata per "Visualizzazione fissa di una foto" e dieci foto vengono utilizzate per "Presentazione di foto" in modalità salvaschermo.

La foto memorizzata può essere controllata toccando l'icona della montagna sul lato destro. Se si desidera memorizzare una propria foto, toccare una delle barre con nome da "FF00" a "FF09". Collegare l'unità flash USB contenente i dati della foto al connettore sul lato destro del dispositivo di controllo LCD. Il nome file della foto deve essere lo stesso di quello indicato sullo schermo e il formato dati deve essere di 16 bit o 24 bit BMP con 800 x 480 pixel.

[7] INTERRUPTORE DI ESPOSIZIONE MANUALE OPZIONALE

Un interruttore di esposizione manuale opzionale può essere collegato al dispositivo di controllo secondario. Poiché questo interruttore di esposizione dispone di un cavo a spirale, gli operatori possono collocarsi nella posizione più adatta per il funzionamento. Poiché il dispositivo di controllo è dotato di un connettore separato per questo interruttore di esposizione, è possibile utilizzare sia l'interruttore di esposizione  sul pannello anteriore del dispositivo di controllo secondario sia questo interruttore di esposizione manuale. Se il codice locale vieta l'utilizzo di entrambi, chiedere all'installatore di scollegare il connettore di uno dei due interruttori.

[8] SISTEMA DI IMAGING DIGITALE

Nessun recettore di immagini radiografiche è integrato nel sistema a raggi X di PHOT-X II 505. Se si utilizza un recettore per l'imaging digitale con PHOT-X IIs 505, il tipo e le prestazioni del recettore di immagine devono essere i seguenti.

1. Tipo di recettore: recettore per uso odontoiatrico endorale CCD (dispositivo a coccodrillo), CMOS (diodo a semiconduttore con ossido metallico complementare) o PSP (lastra al fosforo fotostimolabile).
2. Una dose adeguata di raggi X per il recettore deve essere compresa tra 0,02 mGy e 23,6 mGy.
3. Utilizzare il supporto recettore e il coperchio recettore consigliati dal produttore del recettore immagini.
4. Il supporto recettore deve tenere saldamente in posizione il recettore immagini e funzionare come dispositivo di allineamento dei raggi X.

AVVERTENZA

L'uso di apparecchiature ACCESSORIE non conformi ai requisiti di sicurezza equivalenti di PHOT-X II 505 potrebbe comportare un ridotto livello di sicurezza del sistema risultante.

Le considerazioni relative alla scelta devono includere:

- l'accessorio deve essere contrassegnato CE
- prova che la certificazione di sicurezza dell'ACCESSORIO sia stata eseguita in conformità agli standard nazionali armonizzati appropriati IEC60601-1 e IEC60601-1.

[9] CONTROLLO DELLE INFEZIONI E PULIZIA

1. PREVENZIONE DELLE INFEZIONI

Agli operatori radiografici viene richiesto di indossare guanti monouso quando scattano radiografie e maneggiano pacchetti di pellicole contaminate o il coperchio del sensore digitale. I guanti devono essere cambiati per ciascun paziente al fine di evitare la contaminazione incrociata. La testa a raggi X, il dispositivo di controllo principale e quello secondario devono essere coperti da barriere per uso singolo.

ATTENZIONE

Se vengono utilizzati supporti per pellicole o sensori digitali, sterilizzarli correttamente in base alle procedure indicate da ciascun produttore dei supporti.

2. PULIZIA

Per garantire la corretta igiene e la pulizia dell'apparecchio, è necessario seguire le seguenti procedure.

ATTENZIONE

Prima di pulire l'unità, spegnere l'interruttore principale di alimentazione principale e l'interruttore di sicurezza sulla linea di derivazione. Ciò è necessario perché alcune parti interne rimangono collegate alla tensione principale anche quando l'interruttore principale è stato spento.

Non utilizzare mai disinfettanti corrosivi, come iodopovidone o ipoclorito di sodio. Non versare o spruzzare solvente o liquido direttamente sull'unità a raggi X.

Prestare attenzione a non consentire ai solventi di scorrere o gocciolare all'interno dell'unità a raggi X.

- a. Spegner l'interruttore principale di alimentazione e l'interruttore di sicurezza sulla linea di diramazione.
- b. Pulire la superficie esterna con un asciugamano di carta inumidito con una soluzione disinfettante o con un detergente domestico non abrasivo.

Disinfettante consigliato: FD333 (Durr Dental GmbH)

- c. Lasciare asciugare la superficie all'aria prima di riaccendere l'interruttore di sicurezza e l'interruttore principale.

[10] CODICI DI ERRORE E.

Se esiste una condizione anomala nell'unità, o si verifica un malfunzionamento, un codice di errore E., una condizione del codice e la soluzione possibile verranno visualizzati sullo schermo LCD. Fare riferimento alla tabella di seguito.

Codice di errore E.	Condizione	Passi da intraprendere	Soluzione possibile
E.00	L'interruttore di esposizione è stato rilasciato prima del termine dell'esposizione.	Tutte le spie di selezione del dente lampeggiano. Toccare uno degli interruttori dei denti.	Rilasciare l'interruttore di esposizione dopo che l'indicazione di avvertenza dell'esposizione scompare.
E.01	L'interruttore di esposizione è stato premuto entro 10 sec. dall'esposizione precedente.	Un ritardo di 10 sec. è integrato tra ciascuna esposizione e un ritardo di 3 sec. è integrato dopo l'accensione dell'alimentazione.	Deve esserci un intervallo di "attesa" di 30 volte il tempo di esposizione tra esposizioni successive.
	Il tempo di esposizione è stato impostato e l'interruttore di esposizione è stato premuto entro 3 sec. dall'attivazione dell'interruttore di alimentazione.		Attendere almeno 3 sec. dopo l'accensione dell'interruttore di alimentazione principale prima di premere l'interruttore di esposizione.
E.02	La tensione di linea è risultata inferiore del 90% rispetto alla tensione nominale.	La tensione di linea deve essere compresa nell'intervallo di $\pm 10\%$ della tensione nominale.	Confermare che la spia di pronto sia accesa prima dell'esposizione. Chiedere al personale addetto alla manutenzione di controllare la tensione di linea.
E.03	La tensione di linea è risultata superiore al 110% rispetto alla tensione nominale.		
E.05	La corrente del tubo nell'ultima parte di esposizione era inferiore a 2 mA con l'impostazione di 3 mA o inferiore a 4,5 mA con l'impostazione di 6 mA	Spegnere l'interruttore di alimentazione principale e attendere circa 2 minuti. Accendere nuovamente l'interruttore di alimentazione principale.	Se viene visualizzato lo stesso codice di errore, chiamare il personale di assistenza.
E.06	La corrente del tubo nell'ultima parte di esposizione era superiore a 4 mA con l'impostazione di 3 mA o superiore a 7,5 mA con l'impostazione di 6 mA		
E.07	Durante l'esposizione, la corrente del tubo diventa inferiore a 1,5 mA con l'impostazione di 3 mA o inferiore a 3 mA con l'impostazione di 6 mA.		
E.08	Durante l'esposizione, la corrente del tubo diventa superiore a 14 mA.		
E.09	L'impostazione del tempo di preriscaldamento è fuori gamma.		
E.10	L'interruttore di esposizione o il circuito di esposizione era ATTIVO, quando l'interruttore di alimentazione principale è stato acceso.		
E.11	La corrente del tubo viene rilevata durante il periodo di preriscaldamento.		
E.12	La corrente del tubo viene rilevata quando l'interruttore di alimentazione principale è acceso.		
E.14	Il potenziale del tubo nell'ultima parte di esposizione era inferiore a 50 kV con l'impostazione di 60 kV o inferiore a 60 kV con l'impostazione di 70 kV.		
E.15	Il potenziale del tubo nell'ultima parte dell'esposizione era superiore a 70 kV con l'impostazione di 60 kV.		

Codice di errore E.	Condizione	Passi da intraprendere	Soluzione possibile
E.16	1. Durante l'esposizione, il potenziale del tubo diventa inferiore a 40 kV con l'impostazione di 60 kV o inferiore a 50 kV con l'impostazione di 70 kV. 2. Il connettore 2P tra la scheda di alimentazione principale e il braccio o tra il braccio e la testa del tubo è scollegato.	Spegnere l'interruttore di alimentazione principale e attendere circa 2 minuti. Accendere nuovamente l'interruttore di alimentazione principale.	Se viene visualizzato lo stesso codice di errore, chiamare il personale di assistenza.
E.17	Durante l'esposizione, il potenziale del tubo diventa superiore a 80 kV.		
E.18	È stata rilevata una corrente in eccesso nel circuito primario del trasformatore del filamento.		
E.19	La corrente in eccesso è stata rilevata nel circuito primario del trasformatore ad alta tensione.		
E.20	1. L'interruttore di esposizione è stato premuto quando la temperatura della testa del tubo era superiore a 60 °C. 2. Il connettore 8P tra la scheda di alimentazione principale e il braccio o tra il braccio e la testa del tubo è scollegato.	Attendere fino a quando la temperatura non si abbassa.	
E.22	Guasto della comunicazione elettrica tra circuito stampato di alimentazione e circuito stampato del timer.	Spegnere l'interruttore principale e attendere circa 2 minuti. Accendere nuovamente l'interruttore di alimentazione.	
E.23	Qualche interruttore era attivato quando l'interruttore principale è stato acceso. (Tranne l'interruttore di esposizione.)		
E.24	La batteria integrata è esaurita.		

[11] MANUTENZIONE

L'apparecchio radiologico PHOT-X IIs 505 richiede una conferma di post-installazione e controlli periodici di manutenzione da eseguire da parte del personale di assistenza del rivenditore. Queste procedure garantiscono che l'unità a raggi X funzioni entro le specifiche del produttore e rimanga conforme allo standard.

È responsabilità del proprietario dell'unità far sì che questi controlli di manutenzione siano eseguiti correttamente. Le istruzioni specifiche per eseguire questi controlli si trovano nel manuale di installazione di PHOT-X IIs 505.

Se è richiesto dalle normative locali, far eseguire test periodici dagli ispettori e inviare rapporti come richiesto.

- Personale di manutenzione: il personale di assistenza qualificato del rivenditore che ha esperienza con apparecchi a raggi X di Belmont o è stato addestrato da Belmont. Invece, gli elementi 7 - 14 della lista di controllo manutenzione a pagina 16 devono essere verificati regolarmente dal personale di trattamento nella stanza.
- Specifici dei parametri da monitorare e della frequenza di monitoraggio: fare riferimento all'elenco dei controlli di manutenzione a pagina 16.
- Limite di accettazione: fare riferimento all'elenco dei controlli di manutenzione a pagina 16.
- Azione richiesta in caso di guasto: fare riferimento all'elenco dei controlli di manutenzione a pagina 16.
- Strumenti per mantenere i registri di controllo qualità: utilizzare l'elenco di controllo a pagina 16.
- Materiale di formazione: istruzioni per l'operatore, manuale di installazione e manuale di assistenza

ELENCO DEI CONTROLLI DI MANUTENZIONE

Parametro	Limite di accettazione	Frequenza	Procedure in caso di guasto	OK/NG
1. Tensione di linea	Confermare che la tensione di linea sia entro 230 V \pm 10%. Confermare anche che il calo di tensione durante l'esposizione sia entro 3%.	Ogni anno	Collegare all'alimentazione entro 230 V \pm 10%. Controllare la disconnessione del cavo o il guasto di connessione. Riparare il collegamento del cavo secondo necessità.	

Parametro	Limite di accettazione	Frequenza	Procedure in caso di guasto	OK/NG
2. Corrente del tubo	Confermare che il valore di mA misurato indicato sullo schermo LCD sia entro il valore nominale ± 1 mA.	Ogni anno	Eseguire la regolazione MA. (Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione.)	
3. Potenziale del tubo	Confermare che il valore di kV misurato indicato sullo schermo LCD sia entro il valore nominale $\pm 10\%$.	Ogni anno	Controllare che i valori di compensazione del potenziale del tubo (CP) siano uguali ai valori riportati sull'etichetta nella forcella testa.	
4. Piastra di montaggio per parete (WK), soffitto (CK) o pavimento (FK1/FK2)	Confermare che la piastra sia fissata saldamente alla parete (WK), al soffitto (CK) o al pavimento (FK1/FK2).	Ogni anno	Se i bulloni sono allentati, trovare il motivo per cui i bulloni si sono allentati e adottare una contromisura che impedisca che i bulloni si allentino.	
5. Staffa di montaggio braccio (WK)	Assicurarsi che la staffa del braccio sia fissata saldamente alla parete o alla piastra a muro.	Ogni anno		
6. Asta (FK1/FK2, CK)	Assicurarsi che l'asta sia fissata saldamente alla piastra di montaggio.	Ogni anno		
7. Dosimetria	Salvare l'immagine ripresa nelle condizioni appropriate come immagine di riferimento. Confrontare un'immagine appena scattata con un'immagine di riferimento per garantire la qualità dell'immagine.	Ogni settimana	Se la qualità dell'immagine risulta scadente rispetto a un'immagine di riferimento, controllare la condizione del recettore immagini (pellicola, sensore o lastra di imaging), dello sviluppatore di immagini (liquidi di sviluppo, sviluppatore di pellicole odontoiatriche, PC o scanner).	
8. Braccio orizzontale (WK, FK1/FK2)	Confermare che il braccio orizzontale sia saldamente inserito nella staffa del braccio. Assicurarsi che il bullone di fissaggio sia saldamente inserito nella staffa del braccio.	Ogni giorno (prima dell'uso)	Se il bullone di fissaggio è allentato, trovare il motivo per cui il bullone si è allentato e prendere delle contromisure per evitare che il bullone di fissaggio si allenti.	
9. Testa	Confermare che la testa possa essere posizionata agevolmente.	Ogni giorno (prima dell'uso)	Regolare le viti del freno facendo riferimento alle istruzioni di installazione.	
10. Movimento verticale del braccio di bilanciamento	Confermare che il braccio di bilanciamento si muova agevolmente senza produrre rumori.	Ogni giorno (prima dell'uso)	Regolare la tensione del braccio di bilanciamento facendo riferimento alle istruzioni di installazione. Se il braccio di bilanciamento emette rumore, applicare grasso.	
11. Angolo di oscillazione del braccio di bilanciamento (FM)	Confermare che il braccio di bilanciamento oscilli tra due gambe lunghe.	Ogni giorno (prima dell'uso)	Controllare le viti del fermo e le viti di montaggio della boccola dell'asta.	
12. Rotella (FM)	Confermare che tutte le rotelle si muovano agevolmente e che la funzione di blocco funzioni correttamente con due rotelle di blocco.	Ogni giorno (prima dell'uso)	Pulire le rotelle o sostituirle.	
13. Asta scorrevole (RK)	Confermare che l'asta scorra agevolmente.	Ogni giorno (prima dell'uso)	Controllare i rulli dell'asta scorrevole.	
14. Braccio oscillante (CK, RK)	Confermare che i giunti dei bracci oscillanti siano collegati saldamente e che il fermo e la frizione siano adeguati.	Ogni giorno (prima dell'uso)	Controllare le chiavi, l'anello del fermo, le viti del fermo e la vite freno del braccio oscillante e sostituirli se necessario.	

[12] DATI TECNICI

1. Tubo a raggi X ----- D-046 (Anodo fisso)
 - a. Valore nominale del punto focale ----- 0,4
 - b. Materiale di destinazione ----- Tungsteno
 - c. Angolo di destinazione ----- 12,5 gradi
 - d. Contenuto termico massimo dell'anodo ----- 4,3 kJ (6,1 kHU)
2. Contenuto termico massimo del gruppo tubi a raggi X ----- 293 kJ (413 kHU)
3. Potenziale nominale di picco del tubo ----- 60 kV/70 kV selezionabile
4. Corrente nominale del tubo ----- 3 mA/6 mA selezionabile
5. Potenziale nominale massimo di picco del tubo ----- 70 kV
6. Tensione di linea nominale ----- 230 V CA, 50/60 Hz, monofase, 1,4 kVA
7. Gamma tensione di linea ----- 207 V CA - 253 V CA
8. Gamma di regolazione della tensione di linea ----- 0 - 3% (resistenza apparente 1,02 ohm)
9. Corrente di linea nominale ----- 6 A a 70 kV, 6 mA
10. Corrente di linea massima ----- 7 A a 70 kV, 6 mA
11. Tempo di esposizione ----- 0,01 - 2,0 sec.
12. Filtraggio inerente ----- 1,7 mm equivalente Al
13. Filtraggio aggiunto ----- 0,3 mm Al
14. Filtraggio minimo permanentemente nel raggio utile ----- 2,0 mm equivalente Al a 70 kV
15. Potenza nominale radiazioni ----- Fare riferimento alla Tabella di potenza nominale radiazioni nella pagina successiva.
16. Uscita elettrica nominale del generatore H.V. ----- 0,42 kW a 70 kV, 6 mA
17. Cono ----- Distanza da sorgente a pelle ----- Dimensioni campo
 - a. Cono normale ----- 203 mm ----- diam. 58 mm, circolare
 - b. Cono lungo (opzione) ----- 305 mm ----- diam. 58 mm, circolare
 - c. Collimatore rettangolare (opzione) ----- SSD del cono + 40 mm ----- 32 x 40 mm, rettangolare
18. Massimo campo di irradiazione simmetrico ----- diam. 60 mm all'estremità distale del cono
19. Fattore tecnico di perdita ----- 70 kV/0,19 mA (697 mAs a 1 ora)
(0,19 mA è la corrente continua nominale massima per 6 mA con un ciclo di lavoro 1:30)
20. Ciclo di lavoro ----- 1: 30 (0,5 sec. di esposizione con intervallo di 15 sec.)
21. Deviazione massima di potenziale del tubo, corrente del tubo e tempo di esposizione
 - a. Impostazione sotto 0,1 sec. ----- ± 10 kV, ± 2 mA, ± 5 msec.
 - a. Impostazione 0,1 sec. e superiore ----- ± 5 kV, ± 1 mA, ± 10 msec.
22. Base di misurazione dei fattori tecnici
 - a. potenziale di picco del tubo ----- Media dei potenziali di picco del tubo durante una esposizione
 - b. corrente del tubo ----- Media della corrente del tubo durante una esposizione
 - c. tempo di esposizione ----- Periodo di tempo in cui i raggi X sono emessi
23. Strato emivalente ----- 1,5 mm Al oltre
24. Distanza dalla sorgente alla base del cono ----- 94 mm
25. Condizioni ambientali per lo stoccaggio ----- 20 - 70 °C, 10 - 100%, 500 - 1.060 hPa
26. Condizioni ambientali per il funzionamento ----- 10 - 40 °C, 30 - 70%, 700 - 1.060 hPa
27. Prodotto esposizione-area ----- Kerma in aria stimato visualizzato [mGy]
 $\times 26,4$ [cm²] (per cono normale e lungo)
 Kerma in aria stimato visualizzato [mGy]
 $\times 12,8$ [cm²] (per collimatore rettangolare)
28. Durata di servizio ----- 10 anni


Tabella di potenza nominale radiazioni

Tempo esp. [sec.]	Potenza nominale radiazioni																
	senza collimatore rettangolare								con collimatore rettangolare								
	60 kV				70 kV				60 kV				70 kV				
	Cono normale		Cono lungo		Cono normale		Cono lungo		Cono normale		Cono lungo		Cono normale		Cono lungo		
3 mA	6 mA	3 mA	6 mA	3 mA	6 mA	3 mA	6 mA	3 mA	6 mA	3 mA	6 mA	3 mA	6 mA	3 mA	6 mA	3 mA	6 mA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	0,05	0,09	0,02	0,04	0,06	0,12	0,03	0,05	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04	0,08	0,02	0,04	0,04
0,02	0,09	0,18	0,04	0,08	0,12	0,24	0,05	0,10	0,06	0,13	0,03	0,06	0,08	0,16	0,04	0,08	0,08
0,03	0,14	0,27	0,06	0,12	0,18	0,35	0,08	0,16	0,10	0,19	0,05	0,09	0,12	0,25	0,06	0,12	0,12
0,04	0,18	0,37	0,08	0,16	0,24	0,47	0,10	0,21	0,13	0,26	0,06	0,13	0,16	0,33	0,08	0,16	0,16
0,05	0,23	0,46	0,10	0,20	0,30	0,59	0,13	0,26	0,16	0,32	0,08	0,16	0,21	0,41	0,10	0,20	0,20
0,06	0,27	0,55	0,12	0,24	0,35	0,71	0,16	0,31	0,19	0,38	0,09	0,19	0,25	0,49	0,12	0,24	0,24
0,07	0,32	0,64	0,14	0,28	0,41	0,83	0,18	0,37	0,22	0,45	0,11	0,22	0,29	0,58	0,14	0,29	0,29
0,08	0,37	0,73	0,16	0,32	0,47	0,94	0,21	0,42	0,26	0,51	0,13	0,25	0,33	0,66	0,16	0,33	0,33
0,09	0,41	0,82	0,18	0,36	0,53	1,06	0,24	0,47	0,29	0,57	0,14	0,28	0,37	0,74	0,18	0,37	0,37
0,10	0,46	0,91	0,20	0,41	0,59	1,18	0,26	0,52	0,32	0,64	0,16	0,32	0,41	0,82	0,20	0,41	0,41
0,11	0,50	1,01	0,22	0,45	0,65	1,30	0,29	0,58	0,35	0,70	0,17	0,35	0,45	0,91	0,22	0,45	0,45
0,13	0,59	1,19	0,26	0,53	0,77	1,53	0,34	0,68	0,41	0,83	0,21	0,41	0,54	1,07	0,27	0,53	0,53
0,14	0,64	1,28	0,28	0,57	0,83	1,65	0,37	0,73	0,45	0,89	0,22	0,44	0,58	1,15	0,29	0,57	0,57
0,16	0,73	1,46	0,32	0,65	0,94	1,89	0,42	0,84	0,51	1,02	0,25	0,51	0,66	1,32	0,33	0,65	0,65
0,18	0,82	1,65	0,36	0,73	1,06	2,12	0,47	0,94	0,57	1,15	0,28	0,57	0,74	1,48	0,37	0,73	0,73
0,20	0,91	1,83	0,41	0,81	1,18	2,36	0,52	1,05	0,64	1,28	0,32	0,63	0,82	1,65	0,41	0,82	0,82
0,22	1,01	2,01	0,45	0,89	1,30	2,60	0,58	1,15	0,70	1,40	0,35	0,70	0,91	1,81	0,45	0,90	0,90
0,25	1,14	2,29	0,51	1,01	1,48	2,95	0,65	1,31	0,80	1,60	0,40	0,79	1,03	2,06	0,51	1,02	1,02
0,28	1,28	2,56	0,57	1,13	1,65	3,30	0,73	1,46	0,89	1,79	0,44	0,89	1,15	2,31	0,57	1,14	1,14
0,32	1,46	2,93	0,65	1,30	1,89	3,78	0,84	1,67	1,02	2,04	0,51	1,01	1,32	2,64	0,65	1,31	1,31
0,36	1,65	3,29	0,73	1,46	2,12	4,25	0,94	1,88	1,15	2,30	0,57	1,14	1,48	2,97	0,73	1,47	1,47
0,40	1,83	3,66	0,81	1,62	2,36	4,72	1,05	2,09	1,28	2,55	0,63	1,27	1,65	3,29	0,82	1,63	1,63
0,45	2,06	4,12	0,91	1,82	2,66	5,31	1,18	2,35	1,44	2,87	0,71	1,42	1,85	3,71	0,92	1,84	1,84
0,50	2,29	4,57	1,01	2,03	2,95	5,90	1,31	2,61	1,60	3,19	0,79	1,58	2,06	4,12	1,02	2,04	2,04
0,56	2,56	5,12	1,13	2,27	3,30	6,61	1,46	2,93	1,79	3,57	0,89	1,77	2,31	4,61	1,14	2,29	2,29
0,63	2,88	5,76	1,28	2,55	3,72	7,43	1,65	3,29	2,01	4,02	1,00	1,99	2,59	5,19	1,29	2,57	2,57
0,71	3,25	6,49	1,44	2,88	4,19	8,38	1,86	3,71	2,27	4,53	1,12	2,25	2,92	5,85	1,45	2,90	2,90
0,80	3,66	7,32	1,62	3,24	4,72	9,44	2,09	4,18	2,55	5,11	1,27	2,53	3,29	6,59	1,63	3,27	3,27
0,90	4,12	8,23	1,82	3,65	5,31	10,6	2,35	4,70	2,87	5,74	1,42	2,85	3,71	7,4	1,84	3,67	3,67
1,00	4,57	9,15	2,03	4,05	5,90	11,8	2,61	5,23	3,19	6,38	1,58	3,16	4,12	8,2	2,04	4,08	4,08
1,12	5,12	10,2	2,27	4,54	6,61	13,2	2,93	5,85	3,57	7,1	1,77	3,54	4,61	9,2	2,29	4,57	4,57
1,25	5,72	11,4	2,53	5,06	7,38	14,8	3,27	6,53	3,99	8,0	1,98	3,96	5,15	10,3	2,55	5,10	5,10
1,40	6,40	12,8	2,84	5,67	8,26	16,5	3,66	7,32	4,47	8,9	2,21	4,43	5,77	11,5	2,86	5,72	5,72
1,60	7,32	14,6	3,24	6,48	9,44	18,9	4,18	8,36	5,11	10,2	2,53	5,06	6,59	13,2	3,27	6,53	6,53
1,80	8,23	16,5	3,65	7,29	10,6	21,2	4,70	9,41	5,74	11,5	2,85	5,70	7,41	14,8	3,67	7,35	7,35
2,00	9,15	18,3	4,05	8,10	11,8	23,6	5,23	10,5	6,38	12,8	3,16	6,33	8,24	16,5	4,08	8,17	8,17


unità: [mGy] ±50%

4. Tipo a montaggio a soffitto (CK)


tranne per la Germania



per la Germania




5. Tipo a montaggio in stanza (RK)



Marcatura punto focale

Asse di riferimento



SSD (distanza dalla sorgente alla pelle):

a. Cono normale ----- 203 mm

b. Cono lungo----- 305 mm

Nota: l'installazione di un collimatore rettangolare aumenta l'SSD di 40 mm dal valore sopra riportato.

[14] COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)

Questo prodotto è conforme alla norma EMC EN60601-1-2:2015.

1. Le precauzioni relative all'EMC e alla conformità alle informazioni contenute nel documento allegato

Le apparecchiature elettromedicali richiedono una particolare attenzione all'EMC e devono essere installate e utilizzate in conformità con le informazioni EMC fornite in questo manuale di istruzioni. Non installare in prossimità delle emissioni di un dispositivo elettrochirurgico o in una stanza con schermatura elettromagnetica del sistema ME per l'imaging diagnostico per la risonanza magnetica, in quanto l'intensità di interferenza elettromagnetica è elevata.

AVVERTENZA

- a. L'uso di questa apparecchiatura in prossimità o impilata con altre apparecchiature deve essere evitato, in quanto ciò porta a causare un funzionamento scorretto. Se tale uso è necessario, questo apparecchio e le altre apparecchiature devono essere osservati per verificare che stiano funzionando normalmente.**
- b. L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questa apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura, con conseguente funzionamento scorretto.**
- c. Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi delle antenne e le antenne esterne) non devono essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del PHOT-X IIs 505, inclusi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di questo apparecchio.**

2. Emissioni elettromagnetiche

Test delle emissioni	Procedura di test	Conformità	Nota: le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura la rendono adatta all'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). Se viene utilizzata in un ambiente residenziale (per il quale è normalmente richiesto CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza. Potrebbe essere necessario adottare misure di attenuazione, quali il riposizionamento o il riorientamento dell'apparecchiatura.
Emissioni RF condotte e irradiate	CISPR11	Gruppo 1 Classe A	
Distorsione armonica	EN61000-3-2	N/A ^(*1)	
Fluttuazioni di tensione e sfarfallamento	EN61000-3-3	Clausola 5	

(*1) : Il test non è applicabile in quanto l'apparecchiatura professionale ha una potenza nominale di 1 kW o più.

3. Immunità elettromagnetica

Test di immunità	Livello di test EN 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Scarica elettrostatica (ESD) EN61000-4-2	±8 kV a contatto ±15 kV in aria	±8 kV a contatto ±15 kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitori elettrici veloci/ burst EN61000-4-4	±2 kV per linee di alimentazione elettrica ±1 kV per linee di ingresso/ uscita	±2 kV per linee di alimentazione elettrica ±1 kV per linee di ingresso/ uscita	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Sovratensione EN61000-4-5	Modalità differenziale ±1 kV Modalità comune ±2 kV	Modalità differenziale ±1 kV Modalità comune ±2 kV	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

Test di immunità	Livello di test EN 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione elettrica EN61000-4-11	<u>cali</u> 0% Ut: 0,5 cicli (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315 gradi) 0% Ut: 1 ciclo (0 gradi) 70% Ut: 25/30 cicli (0 gradi) <u>brevi interruzioni</u> 0% Ut: 250/300 cicli Ut: Tensione nominale di EUT	<u>cali</u> 0% Ut: 0,5 cicli (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315 gradi) 0% Ut: 1 ciclo (0 gradi) 70% Ut: 25/30 cicli (0 gradi) <u>interruzioni brevi</u> 0% Ut: 250/300 cicli Ut: Tensione nominale di EUT	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore del PHOT-X IIs 505 a raggi X necessita di un funzionamento continuo durante interruzioni dell'alimentazione elettrica di rete, si raccomanda che il PHOT-X IIs 505 a raggi X venga alimentato tramite un gruppo di continuità (UPS) o una batteria.
Campo magnetico frequenza di alimentazione (50/60 Hz) EN61000-4-8	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici della frequenza di alimentazione devono essere ai livelli caratteristici di una tipica posizione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
RF condotta EN61000-4-6	Alimentazione CA/CC e ingresso/uscita segnale 0,15 MHz - 80 MHz: 3 V 6 V in bande ISM tra 0,15 MHz - 80 MHz (non modulato, sqm) 80% AM (1 kHz)	Alimentazione CA/CC e ingresso/uscita segnale 0,15 MHz - 80 MHz: 3 V 6 V in bande ISM tra 0,15 MHz - 80 MHz (non modulato, sqm) 80% AM (1 kHz)	Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi delle antenne e le antenne esterne) non devono essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del PHOT-X IIs 505, inclusi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di questo apparecchio.
RF irradiata EN61000-4-3	80 MHz - 2.700 MHz: 3 V/m (non modulato, sqm) 80% AM (1 kHz)	80 MHz - 2.700 MHz: 3 V/m (non modulato, sqm) 80% AM (1 kHz)	
Campi di prossimità da apparecchiature di comunicazione wireless RF EN61000-4-3	385 MHz 27 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 18 Hz	385 MHz 27 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 18 Hz	
	450 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Deviazione FM ± 5 kHz Seno 1 kHz o Modulazione impulsi 18 Hz	450 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Deviazione FM ± 5 kHz Seno 1 kHz o Modulazione impulsi 18 Hz	
	710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 217 Hz	710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 217 Hz	
	810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 18 Hz	810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 18 Hz	
	1.720 MHz, 1.845 MHz, 1.970 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 217 Hz	1.720 MHz, 1.845 MHz, 1.970 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 217 Hz	
2.450 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 217 Hz	2.450 MHz 28 V/m (non modulato, sqm) Modulazione impulsi 217 Hz		
5.240 MHz, 5.500 MHz, 5.785 MHz 9 V/m (non modulato, sqm)	5.240 MHz, 5.500 MHz, 5.785 MHz 9 V/m (non modulato, sqm)		

4. Prestazioni essenziali

A meno che non venga premuto l'interruttore di esposizione, la radiografia non è esposta.

Se le prestazioni essenziali vengono perse o deteriorate, il dispositivo potrebbe funzionare inavvertitamente e danneggiare il paziente, l'operatore e le persone circostanti.

[15] ALTRE INFORMAZIONI

1. La natura della radiazione emessa:

è una radiazione ionizzante per scopi diagnostici. La diagnosi viene effettuata ottenendo lo schema di assorbimento di questa radiazione che passa attraverso i denti, le mascelle e le strutture della cavità orale.

2. Il tipo di radiazione emessa: raggi X

3. Modi per evitare l'uso improprio e ridurre in modo appropriato i rischi inerenti il trasporto, lo stoccaggio e l'installazione:

i pittogrammi sono impiegati per fare la dose appropriata per ciascun dente e per la corporatura del paziente piuttosto che far sì che l'operatore imposti manualmente il tempo di esposizione. Per il trasporto e lo stoccaggio, l'ambiente è specificato sull'imballaggio esterno e nel manuale. Dopo l'installazione, all'installatore viene richiesto di verificare che il dispositivo funzioni correttamente.

4. L'intensità della radiazione emessa:

fare riferimento alla tabella a pagina 18 per la dose nominale all'estremità distale del cono.

5. La distribuzione della radiazione emessa:

l'area di radiazione è lo spazio conico infinito (quando viene utilizzato un cono tondo) o lo spazio piramidale quadrangolare (quando viene utilizzato un cono rettangolare) ottenuto collegando il confine del campo di radiazione alla punta del cono e al punto focale. La dose di radiazioni è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal punto focale.

6. La dose raccomandata di radiazioni emesse:

la dose deve variare a seconda della sensibilità del ricevitore dei raggi X utilizzato, dei denti da sottoporre a imaging e delle dimensioni del paziente. Per esempio, nel caso della pellicola Kodak InSight, l'impostazione della velocità di F.05 è consigliata e le condizioni di esposizione per ciascun dente e ciascuna corporatura del paziente sono indicate nella tabella a pagina 8. La dose quando irradiata in base alle condizioni di questa tabella è mostrata nella tabella della dose nominale a pagina 18.

7. Mezzi di protezione dei pazienti, dell'utente o di terzi da radiazioni indesiderate durante l'uso di dispositivi medici; vedere [1] 6.b. a pagina 1.

[16] SMALTIMENTO

1. Smaltimento dell'unità a raggi X o dei componenti

La testa del tubo di questa unità a raggi X contiene il cavo di schermatura raggi X e l'olio, che è olio minerale raffinato e non contiene sostanze cancerogene come i PCB, per l'isolamento.

Per lo smaltimento dell'unità a raggi X o dei componenti, smaltirli in modo appropriato in conformità a tutte le normative e i codici locali vigenti. Nell'area UE, la direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è applicata a questo prodotto. In questa direttiva, è obbligatorio riciclare/scaricare in modo consapevole per l'ambiente.

2. Smaltimento dei coperchi di pellicole utilizzate e dei coperchi CCD

Smaltire i coperchi di pellicole utilizzate e i coperchi sensori CCD in modo appropriato, in base alle procedure indicate da ciascun produttore e a tutte le normative applicabili e alle normative locali in vigore.

[17] POSIZIONE DELLE ETICHETTE

X-RAY CONTROLLER (MAIN)
PHOT-XiIS 505 (WK) Type
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-CM
 REF AR-55WK5EU
 SN EX21E0001
 INPUT 230V ~ 50/60Hz 1.4kVA
 OUTPUT 60/70kV 3/6mA
 2sec
 1:30 12sec

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

(Tipo WK)

X-RAY CONTROLLER (MAIN)
PHOT-XiIS 505 (RK) Type
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-CMRK
 REF AR-55RK5EU
 SN EX21E0001
 INPUT 230V ~ 50/60Hz 1.4kVA
 OUTPUT 60/70kV 3/6mA
 2sec
 1:30 12sec


 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

(Tipo RK)

X-RAY CONTROLLER (MAIN)
PHOT-XiIS 505 (FM) Type
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-CMFM
 REF AR-55FM5EU
 SN EX21E0001
 INPUT 230V ~ 50/60Hz 1.4kVA
 OUTPUT 60/70kV 3/6mA
 2sec
 1:30 12sec
 Weight of whole unit 67kg

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany


(Tipo FM)



X-RAY CONTROLLER (MAIN)
PHOT-XiIS 505 (FK) Type
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-CMFK
 REF AR-55FK5EU
 SN EX21E0001
 INPUT 230V ~ 50/60Hz 1.4kVA
 OUTPUT 60/70kV 3/6mA
 2sec
 1:30 12sec

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

(Tipo FK)



F6.3AH, 250V

(Tipo FM, FK, RK)

PHOT-X iis		Power supply requirements					
Rated Voltage	[Vac]	100	110	120	220	230	240
Max Apparent Resistance	[Ω]	0.39	0.45	0.52	0.91	0.98	1.06
Over Current Release	[A]	≥ 15			≥ 10		

(Tipo FM, FK, RK)


X-RAY CONTROLLER (MAIN)
PHOT-XiIS 505 (CK) Type
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-CMCK
 REF AR-55CK5EU
 SN EX21E0001
 INPUT 230V ~ 50/60Hz 1.4kVA
 OUTPUT 60/70kV 3/6mA
 2sec
 1:30 12sec

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

(Tipo CK)


CAUTION DO NOT MOVE ENTIRE X-RAY UNIT WITH ARM EXTENDED
ATTENTION NE PAS DEPLACER L'APPAREIL COMPLET AVEC SON BRAS ETENDU.

(Tipo FM)



X-RAY LONG CONE
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-L
 SN ED21E0001
 SSD 305mm BEAM LIMITING DEVICE
 EXIT FIELD SIZE 58mm dia., circular

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany




X-RAY CONTROLLER (SUB)
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-CSL
 SN EC21E0001

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

X-RAY HEAD
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-H
 SN EH21E0001
 OUTPUT 60/70kV 3/6mA
 TUBE D-046 1234567 CANON

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany



X-RAY RECTANGULAR COLLIMATOR
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-REC
 SN EE21E0001
 SSD 243mm (with regular cone), 345 (with long cone)
 EXIT FIELD SIZE 32 x 40mm, rectangular

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

X-RAY REGULAR CONE
 TYPE DENTAL X-RAY COMP 505-R
 SN ER21E0001
 SSD 203 mm
 EXIT FIELD SIZE 58mm dia., circular

 Takara Belmont Corp.
 2-1-1 Higashi-hinabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
 EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
 Berner Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

FOCAL SPOT VALUE : 0.4
 INHERENT FILTRATION : 1.7 mmAl Equiv
 ADDED FILTRATION : 0.3 mmAl
 TOTAL FILTRATION : 2.0 mmAl Equiv
 RADIATION LEAKAGE RATE : 108 µGy/H at 1m



X-RAY ARM

TYPE	DENTAL X-RAY	COMP	505-A
SN	EA21E0001	MV JP	2021-05

Belmont
Takara Belmont Corp.
2-1-1 Higashishinbashi, Chuo-ku, Osaka, Japan

EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
Bernier Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

(Tipo WK, FM, FK e CK)




X-RAY HORIZONTAL ARM

TYPE	DENTAL X-RAY	COMP	505-HA
SN	EG21E0001	MV JP	2021-05

Belmont
Takara Belmont Corp.
2-1-1 Higashishinbashi, Chuo-ku, Osaka, Japan

EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
Bernier Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany

(Tipo WK e FK)



(Tipo FM)

WARNING
Keep casters in the lock position, unless moving the equipment. To avoid injury, do not push or lean on the equipment.


AVERTISSEMENT
Gardez les roulettes en position verrouillée à moins que vous ayez à déplacer l'appareil. Il y a risque de blessure si vous appuyez ou poussez sur l'appareil.

X-RAY ROOM MOUNT

TYPE	DENTAL X-RAY	COMP	505-RK
SN	EB21E0001	MV JP	2021-05

Belmont
Takara Belmont Corp.
2-1-1 Higashishinbashi, Chuo-ku, Osaka, Japan

EC REP TAKARA COMPANY EUROPE GmbH
Bernier Strasse 18, 60437 Frankfurt am Main, Germany



(Tipo RK)

NOTA

EC REP

TAKARA COMPANY EUROPE GmbH

Berner Strasse 18, 60437

Francoforte sul Meno, Germania

Tel: +49 69 506878 0

Fax: +49 69 506878 20

 **Belmont®**



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Giappone

TEL: +81 6 6213 5945

TELEFAX: +81 6 6212 3680

MANUALE N. 1A0W6HB0

2024-02